Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Service d'accréditation suisse SAS

Registre STS — Numéro d'accréditation : STS 0589

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

LEM International SA
Laboratoire d'essais et d'étalonnage
The Hive 8
Route du Nant-d'Avril 152
1217 Meyrin

Responsable : M. Mickaël Mercier
Responsable SM : Mme Natasha Marina Bastien
Téléphone : +41 79 513 95 01
E-Mail : mim@lem.com
Internet : hwww.lem.com

Première accréditation : 01.08.2013

Accréditation actuelle : 01.08.2023 au 31.07.2028

Registre voir : www.sas.admin.ch (Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 01.08.2023

Laboratoire d'essais type B pour des grandeurs de mesures électriques

Produits, matériaux, domaine	**Principe de mesure 2) (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)**	**Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)**
Courant DC : Capteur de courant	Mesure de courant DC en **comparaison** sur une plage allant :	Selon le dossier technique 98.60.11.006.0
	à 0 A et de ± 10 A à 15 kA	
	au moyen d'un capteur de référence	Non tributaire du rapport de transformation entre l'appareil sous test et la référence
	Mesure de courant DC en **opposition** sur une plage allant :	Selon le dossier technique 98.60.11.006.0
	à 0 A et de ± 10 A à 15 kA	
	au moyen d'un capteur de référence	Rapport de transformation identique entre l'appareil sous test et la référence de 500 à 8000 spires par paliers de 500 (avec Is max =2 A)

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741

Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0589

Produits, matériaux, domaine	**Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)**	**Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)**
Tension DC Capteur de tension	Mesure de rapport de tension DC sur une plage allant : à 0 V et de ± 10 V à 10 kV au moyen d'un diviseur de tension de référence	Selon le dossier technique 98.60.11.005.0

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version française fait foi.

* / * / * / * / *

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741